

DZP/10PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca**” Nr sprawy **DZP/10PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Dot. Pakietu nr 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 42 Stentów kobaltowo-chromowych z polimerem wydzielających sirolimus lub analogii (DES) o zakresie długości 13,18,23,29,33,38 mm kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F dla wszystkich rozmiarów. Grubość przęseł stentu 0,0034” dla średnic 2,25mm-3,0 mm, 0,0038” dla średnic 3,5 mm-4,0 mm. Ciśnienie RBP 16 atm dla śr. 2,25 – 3,5 mm, 14 atm dla śr 4,0 mm, stent z najmniejszą dawką leku i polimeru dzięki uwalnianiu z laserowo wycinanych kanalików na powierzchni stentu? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Dot. Pakietu nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 44 Stentów kobaltowo-chromowych z biodegradowalnym polimerem wydzielający paklitaxel lub sirolimus lub analogii (DES) – stent wydzielający sirolimus w zakresie długości 13,18,23,29,33,38 mm, kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F dla wszystkich rozmiarów, średnica systemu w części proksymalnej 2,3F (10,762 mm). Średnica systemu w części dystalnej 2,7F (0,889 mm), stent z najmniejszą dawką leku i polimeru dzięki uwalnianiu z laserowo wycinanych kanalików na powierzchni stentu? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.