

**DZP/16PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup i dostawę aparatu do znieczulenia oraz respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/16PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Załącznik nr 7 Pakiet nr 2 – Respirator stacjonarny mobilny – 1 szt.**

**Pyt. 1**

pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści respirator z ciśnieniem wspomaganym regulowanym w zakresie 0-50 mbar ?

**Ad. 1**

Tak, Zamawiający dopuści respirator z ciśnieniem wspomaganym regulowanym w zakresie 0-50 mbar. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.