

DZP/19PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/19PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pytanie do Pakietu nr 70 pozycja 1- Zestaw operacyjny do angiografii (do wszczepiania rozruszników i ablacji) typu MULTIPLEX ANGIO, serwetki jałowe.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obłożenie chirurgiczne : serwetę 235x330cm z 2 prostokątnymi otworami o wym. 12x16cm wypełnionymi folią chirurgiczną. Warstwa chłonna w polu zabiegowym 75x120cm, Przezroczysta folia z prawej strony od dołu serwetki o wym. 90x145cm ?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Pytanie do Pakietu nr 70 pozycja 2 - S Zestaw operacyjny do angiografii (do wszczepiania rozruszników i ablacji) typu MULTIPLEX ANGIO, serwetki jałowe do rąk 50 x 40 pakowane pojedynczo wykonane z celulozy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetki jałowe do rąk 57x37 pakowane pojedynczo wykonane z celulozy białej ?

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3

Pytanie do Pakietu nr 71 pozycja 1 - Zestaw operacyjny do angiografii typu MULTIPLEX ANGIO

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obłożenie chirurgiczne : serwetę angiograficzną o wym. 240x330cm z panelem foliowym o wym. 240x330cm, dwoma otworami lepnyimi (pachwinowymi) o śr. 14cm z przezroczystą folią klejącą wchodząca w światło otworu (sam otwór 7,5cm) warstwa chłonna w polu zabiegowym 75x250cm , serwetę nieprzemakalną do zawinięcia zestawu (SIWZ 150 x 190 cm) proponowana 152x190cm a także serwetę chłonną (podkład) 90x60cm (SIWZ 90 x 50 cm) ?

Ad. 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 4

Pytanie do Pakietu nr 71 pozycja 2 - Zestaw operacyjny do angiografii typu MULTIPLEX ANGIO, Serwetki jałowe do rąk 50 x 40 pakowane pojedynczo wykonane z celulozy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na serwetki jałowe do rąk 57x37 pakowane pojedynczo wykonane z celulozy białej ?

Ad. 4

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.