

DZP/01PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/01PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

do Zadania nr 2 lp.137,138,139

Czy zamawiający, kierując się chęcią uzyskania jak najlepszej ceny wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 137,138,139 i dopuści wysokiej jakości zestawy do wklucia centralnego wg poniższej specyfikacji:

Lp.137

Cewnik do wkluc centralnych, poliuretanowy, 2-światłowy, długość 15cm, 20cm, 7Fr z powłoką przeciwbakteryjną na całej długości cewnika. Światła cewnika z przepływami : 14G (7200ml/h) 18G (1350ml/h). Skład zestawu: cewnik, igła 18G x 7 cm ,strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem na prowadnik (aplikacja prowadnika bez rozłączania zestawu – równoważne z igła Y), hydrofilne rozszerzadło 9 Fr x 12 cm, nitinolowy prowadnik o śr. 0,035" i długości 50 cm, umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące?

Lp.138

Cewnik do wkluc centralnych, poliuretanowy, 3-światłowy, długość 15cm, 20cm, 7Fr z powłoką przeciwbakteryjną na całej długości cewnika. Światła cewnika oraz przepływy: 14G (7200ml/h) 2x 18G (2x1350ml/h). Skład zestawu: cewnik, igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem na prowadnik (aplikacja prowadnika bez rozłączania zestawu równoważne z igła Y), hydrofilne rozszerzadło 9 Fr x 12 cm, nitinolowy prowadnik o śr. 0,035" i długości 50 cm, umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące?

Lp.139

Cewnik do wkluc centralnych, poliuretanowy, 4-światłowy, długość 15cm, 20cm, 8,5Fr z powłoką przeciwbakteryjną na całej długości cewnika. Światła cewnika oraz przepływy: 12G,16G ,2x 18G . Skład zestawu: cewnik, igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem na prowadnik (aplikacja prowadnika bez rozłączania zestawu równoważne z igła Y), hydrofilne rozszerzadło 10 Fr x 12 cm, nitinolowy prowadnik o śr. 0,035" i długości 50 cm, umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące?

Ad. 1

Zamawiający dopuści w/w zestawy, jednak nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.