

DZP/03PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - myjnia-dezynfektor**”

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmiękczac, który posiada deklarację producenta potwierdzającą spełnienie norm PN-EN ISO 9001. Nie ma na rynku zmiękczacza zewnętrznego spełniającego wymagania SIWZ.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy Zamawiający jest pewien, że dopuszcza moc urządzenia aż o 15% mniejszą od wymaganej, co może spowodować znaczne wydłużenie czasu procesów, oraz w następstwie ograniczyć wydajność Myjni -dezynfektora.

Uzasadnienie – zwiększenie czasu procesu może spowodować powstanie tzw. wąskiego gardła, co utrudni użytkownikowi dostęp do narzędzi.

W przypadku mniejszej mocy urządzenia dostawca zaoferuje zupełnie inne mniejsze urządzenie, które będzie za słabe aby zabezpieczyć oddział.

Prosimy zatem o potwierdzenie czy oferowane urządzenie ma posiadać moc ma. 10 kW (+/- 5%)? Jest to najbardziej optymalna moc dla urządzenia, które ma zabezpieczyć oddział.

Ad. 2

Zamawiający potwierdza, że zaoferowane przez Wykonawców urządzenie ma posiadać moc max 10 kW (+/- 5%). **Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie odpowiedzi nr 3 z dnia 15.02.2017r, opublikowanej w dniu wczorajszym w zakresie odp. nr 4**

Pyt. 3

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany kondensator z układem odzysku ciepła nie zużywał dodatkowych ilości wody tj. aby był wyposażony w wymiennik ciepła typu powietrze-powietrze, który wykorzystuje energię z powietrza wyrzuconego do ogrzania powietrza zasysanego przez suszarkę

Ad. 3

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza