

DZP/04PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne”. Sygn. DZP/04PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna – 1 zestaw

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą źródło światła w postaci matryc zawierających diody LED białe, emitujące światło białe z podziałem na dwie grupy o różnej temperaturze barwowej, aby móc uzyskać wymaganą przez Zamawiającego możliwość regulacji temperatury barwowej?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą regulację temperatury barowej (regulacja w 6 stopniach) w przedziale od 3500 do 5000 K?

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą możliwość regulacji średnicy pola tylko za pomocą centralnego uchwytu czaszy lampy?

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą głębokość oświetlenia dla obu czasz L1+L2 wynoszącą 120 cm dla natężenia 100%?

Ad. 4

Tak jeżeli spełnia warunki 13 pkt załącznika nr 6 do SIWZ parametry techniczne

Pyt. 5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że poprzez parametr „d 20%” zawarty w punkcie 13 tabeli technicznej należy rozumieć procentowe natężenie oświetlenia.

Ad. 5

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której pobór mocy dla czaszy głównej wynosi 110W oraz dla czaszy satelitarnej również 110 W?

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez wymóg określony w punkcie 21 tabeli technicznej należy rozumieć, że Wykonawca winien zaoferować lampę operacyjną wraz z zasilaczem awaryjnym UPS?

Ad. 7

Zamawiający nie wymaga zasilacza UPS

Pyt. 8

Czy z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Ad. 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna przygotowana pod instalację kamery HD w czaszy głównej – 1 zestaw**Pyt. 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą źródło światła w postaci matryc zawierających diody LED białe, emitujące światło białe z podziałem na dwie grupy o różnej temperaturze barwowej, aby móc uzyskać wymaganą przez Zamawiającego możliwość regulacji temperatury barwowej?

Ad. 9

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą regulację temperatury barowej (regulacja w 6 stopniach) w przedziale od 3500 do 5000 K?

Ad. 10

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą możliwość regulacji średnicy pola tylko za pomocą centralnego uchwyty czaszy lampy?

Ad. 11

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą wgłębność oświetlenia dla obu czasz L1+L2 wynoszącą 120 cm dla natężenia 100%?

Ad. 12

Tak jeżeli spełnia warunki 13 pkt załącznika nr 6 do SIWZ parametry techniczne

Pyt. 13

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że poprzez parametr „d 20%” zawarty w punkcie 13 tabeli technicznej należy rozumieć procentowe natężenie oświetlenia.

Ad. 13

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której czasza główna umożliwiająca zainstalowanie kamery HD zapewnia obrót jej ramienia w zakresie 302 stopni wokół osi pionowej?

Ad. 14

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której pobór mocy dla czaszy głównej wynosi 110W oraz dla czaszy satelitarnej również 110 W?

Ad. 15

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 16

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez wymóg określony w punkcie 21 tabeli technicznej należy rozumieć, że Wykonawca winien zaoferować lampę operacyjną wraz z zasilaczem awaryjnym UPS?

Ad. 16

Zamawiający nie wymaga zasilacza UPS

Pyt. 17

Czy w ramach wymogu określonego w punkcie 30 tabeli technicznej, Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w dodatkowy ręczny pilot bezprzewodowy umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami lampy: włączanie / wyłączenie; temperatura barwowa; synchronizacja temperatury barwowej; natężenie światła; funkcja białego światła endoskopowego ora sterowanie funkcjami kamery: włączanie/wyłączenie; powiększenie/pomniejszenie; obrót 360 stopni (bez blokady); wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne?

Ad. 17

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 18

Czy z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu

Ad. 18

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do warunków technicznych lamp operacyjnych**Pyt. 19**

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lampy operacyjnej, a jeżeli nie, to czy taką wykona na swój koszt, aby

potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Ad. 19

Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną (w załączeniu)

Pyt. 20

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

Ad. 20

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 21

Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji lampy operacyjnej?

Ad. 21

Zamawiający posiada strop drewniany

Pyt. 22

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lampy operacyjnej poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Ad. 22

Tak

Pyt. 23

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lampy jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Ad. 23

W miejscu montażu lampy jest planowany sufit podwieszany

Pyt. 24

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lampy jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?

Ad. 24

W miejscu montażu lampy jest planowany nawiew laminarny

Pyt. 25

Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będzie instalowana lampa operacyjna.

Ad. 25

Wysokość sal około 275 cm

Pyt. 26

Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.

Ad. 26

Zasilanie podstawowe i rezerwowe 230V z UPS przewodami 3x25 mm², zasilanie do zasilacza lampy 2,5mm²

Pyt. 27

Czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii, czy też wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?

Ad. 27

Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z UPS i nie wymaga lampy z dodatkowym zasilaczem UPS