

DZP/05PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” sygn. DZP/05PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 – dot. Pakiet nr. 2, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego w kolorze niebieskim . Opakowanie a,100 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 1

Tak. Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem podanych ilości.

Pyt. 2 – dot. Pakiet nr. 2, poz. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka o gramaturze 10g/m2 z nadrukiem , wzór w motylki. Opakowanie a,100sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 2

Tak. Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem podanych ilości.

Pyt. 3 – dot. Pakiet nr.2, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka pakowanego po a, 100 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 3

Tak. Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem podanych ilości.

Pyt. 4 – dot. Pakiet nr.2, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka pakowanego po a, 100 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 4

Tak. Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem podanych ilości.

Pyt. 5 – dot. Pakiet nr.2, poz. 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski wiązanej na troki opakowanie a, 50 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 5

Tak. Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem podanych ilości.

Pyt. 6 – dot. Pakiet nr. 2, poz. 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej , opakowanie a, 50 sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 6

Tak. Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem podanych ilości.

Pyt. 7 – dot. Pakiet nr.2, poz. 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej wykonanej z trzech warstw włóknin ,pakowanej w kartonik a,25 sztuk.

Ad. 7

Tak. Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem podanych ilości.

Pyt. 8 – dot. Pakiet nr.2 , poz. 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na sprzęt w rozmiarze : 95 x 130 cm.

Ad. 8

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 9 – dot. Pakiet nr.2, poz. 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarze : 80 x 142 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 9

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 10 – dot. Pakiet nr.2, poz. 43

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składu zestawu:

Osłona na stół narzędziowy 152x193 cm zawiera:

- 1 osłona na stół Mayo 75x141cm ze wzmocnieniem
- 1 serweta T Eclipse® do operacji tarczycy 196/259x307cm, wzmocnienie chłonne 66x70cm, przylepne okno w kształcie rombu 13x13cm, podkład pod narzędzia 46x24cm, 3 uchwyty na przewody, osłony ramion stołu

Ad. 10

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 11 – dot. Pakiet nr. 2, poz. 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

Osłona na stół narzędziowy 152x190 cm zawiera:

- 1 osłona na stół Mayo 80x142cm
- 2 przylepne serwety boczne SMMMS 93x75cm ze wzmocnieniem chłonnym 37x58cm
- 1 przylepna serweta dolna SMMMS 183x175cm ze wzmocnieniem chłonnym 36x64cm,
- 1 uchwyt na przewody typu rzep
- 1 przylepna serweta górna SMMMS 250x152cm ze wzmocnieniem chłonnym 36x65cm,
- 1 uchwyt na przewody typu rzep
- 4 ręczniki do rąk 34x36cm rozłożone

Ad. 11

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 12 – dot. Pakiet nr.2, poz. 45

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o składzie:

Osłona stołu narzędziowego 140x190 cm, 50µm zawiera:

- 4 ręczniki do rąk 30x20 cm rozłożone
- 1 uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13 cm
- 1 osłona na stół Mayo 80x142 cm

- 2 przylepne serwety boczne z trilaminatu 98x100 cm, wzmocnienie 67x39cm
- 1 przylepna serweta dolna z trilaminatu 196x200 cm, wzmocnienie 67x39cm
- 1 przylepna serweta górna z trilaminatu 160x260 cm, wzmocnienie 67x39cm

Ad. 11

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.