

**DZP/16PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup i dostawę aparatu do znieczulenia oraz respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/16PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Dotyczy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6 - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych**

**Pakiet nr 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem – 1 szt.**

**Pyt. 1**

**Ad. pkt. 27.**

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z respiratorem anestetycznym sterowanym pneumatycznie kontrolowanym mikroprocesorowo ?

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 2**

**Ad. pkt. 38.**

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z reg. częstości oddechu od 4 do 100 l/min, zakresem który nieznacznie różni się od zakresu wymaganego?

**Ad. 2**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 3**

**Ad. pkt. 40.**

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie od 3 do 30 cmH<sub>2</sub>O?

**Ad. 3**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 4**

**Ad. pkt. 54.**

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z obrazowaniem oddechów wyzwalanych przez pacjenta poprzez zaznaczenie ich innym kolorem na krzywej ciśnienia?

**Ad. 4**

Tak, Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z obrazowaniem oddechów wyzwalanych przez pacjenta poprzez zaznaczenie ich innym kolorem na krzywej ciśnienia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 5**

**Ad. pkt. 63.**

Ze względu na posiadaniem funkcji optymalnego doboru przepływu świeżego gazu, która określa zapotrzebowanie pacjenta na tlen, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z trendami podatności, bez trendów MV\*CO<sub>2</sub> (emisji dwutlenku węgla)?

**Ad. 5**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 6****Ad. pkt. 66.**

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania prezentacją na panelu przednim ciśnienia zasilania awaryjnego z butli?

**Ad. 6**

Tak, Zamawiający dopuści aparat do znieczulania prezentacją na panelu przednim ciśnienia zasilania awaryjnego z butli. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 7****Ad. pkt. 67.**

Ze względu na konieczność sprawdzenia i dostosowania ustawień wentylacji do pacjenta zwracamy się z pytaniem Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z doborem parametrów wentylacji na podstawie kategorii wiekowej pacjenta?

**Ad. 7**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 8****Ad. pkt. 69.**

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z wyświetlaniem Cpat na ekranie respiratora oraz funkcją zapisywania pętli referencyjnej, bez możliwości rozbudowy o pobór O<sub>2</sub>, które jest określane w aparacie do znieczulania w formie ekonometru znieczulania?

**Ad. 8**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 9****Ad. pkt. 73.**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utylizacji aparatu wskazanego przez wykonawcę?

**Ad. 9**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Monitor anestezjologiczny****Pyt. 10****Ad. pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści monitor o wadze jednostki nieznacznie większej od wymaganej i wynoszącej 7,5 kg, który spełnia pozostałe wymogi postawione w pkt. 1?

**Ad. 10**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 11****Ad. pkt. 25.**

Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem saturacji producenta monitora?

**Ad. 11**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Warunki ogólne, dokumentacja****Pyt. 12****Ad. pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści dokumentację techniczną sprzętu w języku angielskim?

**Ad. 12**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 13****Ad. pkt. 7.**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dokumentacji technicznej? Urządzenia medyczne powinny być naprawianie i podlegać konserwacji przez odpowiednio przeszkolony personel.

**Ad. 13**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dotyczy zapisów SIWZ i projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ):****Pyt. 14**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

**Ad. 14**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pyt. 15**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §7 ust. 11 projektu umowy na: *„W przypadku trzykrotnej naprawy danego podzespołu/elementu urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego podzespołu/elementu urządzenia na nowy, wolny od wad.”*

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkowało musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

**Ad. 15**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 16**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §7 ust. 12 projektu umowy na: *„Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania gwarancji do zapewnienia nieodpłatnego serwisu oraz przeglądu gwarancyjnego zgodnie z zaleceniami producenta na rzecz Zamawiającego.”*

**Ad. 16**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację

**Pyt. 17****Dotyczy §8 ust. 6 projektu umowy:**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W*

*przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

**Ad. 17**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 18**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §9 ust. 1a) projektu umowy na: „...w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego urządzenia za każdy dzień zwłoki w dostawie i montażu sprzętu oraz instruktażu personelu dot. Obsługi sprzętu będącego przedmiotem umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust.3 umowy.”

**Ad. 18**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 19**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §9 ust. 1c) projektu umowy na: „...w wysokości 0,5% wartości brutto uszkodzonego urządzenia za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §7 ust. 8 i 10 określającego maksymalny termin naprawy Sprzętu będącego przedmiotem umowy.”

**Ad. 19**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 20**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §10 ust. 1a projektu umowy na:” Sprzęt nie zostanie dostarczony w terminie określonym w §3 ust. 3 umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy i wyznaczenie mu dodatkowego terminu na dostawę i montaż, nie krótszego niż 21 dni.”

**Ad. 20**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 21**

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 4 umowy na: „*W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za część zamówienia, którą wykonał przed wykonaniem odstąpienia.*”.

Przewidziane przez Państwa skutki odstąpienia od umowy na podstawie w/w zapisu umowy zasadniczo wywołują skutki *ex tunc* (od początku) → jest to fikcja prawna, że umowa nigdy nie była zawarta. Proszę zwrócić uwagę, że art. 395 §2 k.c., dający stronom prawo zastrzeżenia w treści umowy możliwości odstąpienia od niej przez jedną lub obie strony, przewiduje jednak konieczność wzajemnego rozliczenia stron. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jednakże za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

Z uwagi na to, że po wykonaniu części przedmiotu umowy (dostawy/installacji/szkolenia chociażby w odniesieniu do części sprzętu) wykonawca nie będzie miał możliwości przywrócenia stanu poprzedniego, w razie braku zainteresowania Zamawiającego dalszym trwaniem zobowiązania (poprzez odstąpienie od umowy), odstąpienie powinno zatem odnieść skutki *ex nunc* (na przyszłość). Strony nie mogą przekreślić okresu, który już upłynął. Nawet gdy Zamawiający zwróci wykonawcy dostarczony sprzęt nie będzie przecież w stanie zwrócić robocizny związanej z jego dostawą, montażem, czy szkoleniem personelu Zamawiającego z jego obsługi.

W związku z powyższym postulujemy o wprowadzenie ww. modyfikacji tak, aby odstąpienie od umowy znosiło stosunek prawny z chwilą złożenia wykonawcy stosownego oświadczenia. Wówczas  
DZP/16PN/2017

świadczenia w zakresie już spełnionym nie będą podlegać zwrotowi, a świadczenia jeszcze nie spełnione nie będą podlegać spełnieniu. Zamawiający będzie zaś zobowiązany do zapłaty Wykonawcy jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**Ad. 21**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.