

DZP/17PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę części zamiennych do urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Sygn. DZP/17PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 1

Poz. 3, 4

Prosimy o wydzielenie pozycji 3, 4 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Pakiet 1

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści czujnik dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg lub dla pacjentów w przedziale wagowym 10-40 kg.

Ad. 2

W Pakiecie nr 1 pozycji 1 Załącznika nr 3 nie znajdują się czujniki. Czujniki przewidziane w Pakiecie nr 1 nie mają określonej wagi pacjentów.

Pyt. 3

Pakiet 5

Poz. 1-12

Prosimy o wydzielenie pozycji 1-12 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4

Pakiet 5

Poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie dł. 20 cm

Ad. 4

Tak, Zamawiający dopuści długość 20cm

Pyt. 5

Pakiet 5

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie dł. 16 cm

Ad. 5

Tak, Zamawiający dopuści długość 16 cm

Pyt. 6

Pakiet 7

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie dł. 3 m

Ad. 6

Tak, Zamawiający dopuści długość 3 m

Pyt. 7

Pakiet 7

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie dł. 0,7 m

Ad. 7

Tak, Zamawiający dopuści długość 0,7m

Pyt. 8

Pakiet 7

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rozm. 34-47 cm

Ad. 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 9

Pakiet 7

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie rozm. 25-35 cm

Ad. 9

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.