

DZP/19PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” Nr sprawy **DZP/19PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 46

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o okresie refrakcji przedsionka równym 225-500[ms], który to zakres minimalnie różni się od wymogów SIWZ?

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o okresie refrakcji przedsionka równym 225-500[ms], który to zakres minimalnie różni się od wymogów SIWZ?

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czułości komorowej w zakresie 0,5 – 7,5 [mV] który to zakres minimalnie różni się od wymogów SIWZ?

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji automatycznego PVARP?

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Pakiet 50

Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRT-D o masie 83[g]? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Ad. 3

Tak Zamawiający dopuści CRT-D o masie 83g.

Pyt. 4

Pakiet 51

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów, zamiast w trakcie ich ładowania?

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Pakiet 52

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów, zamiast w trakcie ich ładowania?

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD DR o masie 82[g]? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.