

DZP/04PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne”. Sygn. DZP/04PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której światło endoskopowe uruchamiane jest odrębnym przyciskiem, które automatycznie powoduje wyłączenie światła białego przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z poborem mocy źródeł światła czaszy głównej 180 W?

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z poborem mocy źródeł światła czaszy satelitarnej 150 W?

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna przygotowana pod instalację kamery HD w czaszy głównej

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której światło endoskopowe uruchamiane jest odrębnym przyciskiem, które automatycznie powoduje wyłączenie światła białego przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów?

Ad. 4

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z poborem mocy źródeł światła czaszy głównej 180 W?

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z poborem mocy źródeł światła czasy satelitarnej 150 W?

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.