

DZP/19PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Nr sprawy **DZP/19PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 28 Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewnik balonowy o długościach 15-30mm i średnicy corssing profile 0,034”. Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 1

Tak, Zamawiający dopuści w/w cewnik. Za obydwie parametry zostanie przyznanych 0 punktów

Pyt. 2

Pakiet 32 Balony do kontrapulsacji

Czy Zamawiający dopuści balony do kontrapulsacji o 3 pojemnościach zawartych w przedziale 20-50ml bez wartości skrajnych? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 3

Pakiet 33 Trombektom aspiracyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania trombektom wyposażony w dwie strzykawkami o pojemności 30ml każda? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 4

Pakiet 61

Czy Zamawiający dopuści koszulki poszerzające o średnicy 8,5-13F i długości 33/43 cm i 41/51 cm bez wersji metalowej. Uniwersalny mandryn jako jedyny na rynku posiada blokadę na całej długości.

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody