

DZP/04PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne”. Sygn. DZP/04PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Dotyczy: Załącznik nr 6a

Pyt. 1

Poz. 19 oraz 20

Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy przez czasę główną i satelitarną na poziomie 66W ?

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 2

Poz. 26

Czy Zamawiający będzie wymagał lampy o żywotności układu świetlnego na poziomie 50 000 godzin? Jest to obecnie standard wśród światowych producentów lamp operacyjnych, zapewniający ciągłą i bezusterkową pracę w całym, intensywnym okresie użytkowania lampy.

Ad. 2

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pyt. 3

Czy Zamawiający wymaga aby odwzorowanie barwy światła słonecznego było na poziomie min. 96 ?

Tak jak w poprzednim przypadku, proponowany tu parametr jest obecnie stosowany przez znaczną większość producentów lamp operacyjnych. Pozwala on między innymi na większą decyzyjność operatora w trakcie przeprowadzanego zabiegu.

Ad. 3

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Dotyczy: Załącznik nr 6b

Pyt. 4

Poz. 19 oraz 20

Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy przez czasę główną i satelitarną na poziomie 66 W ?

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 5

Poz. 26

DZP/04PN/2017

Czy Zamawiający będzie wymagał lampy o żywotności układu świetlnego na poziomie 50 000 godzin ? Jest to obecnie standard wśród światowych producentów lamp operacyjnych, zapewniający ciągłą i bezusterkową pracę w całym, intensywnym okresie użytkowania lampy.

Ad. 5

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pyt. 6

Poz. 9

Czy Zamawiający wymaga aby odwzorowanie barwy światła słonecznego było na poziomie min. 96 ? Tak jak w poprzednim przypadku, proponowany tu parametr jest obecnie stosowany przez znaczną większość producentów lamp operacyjnych. Pozwala on między innymi na większą decyzyjność operatora w trakcie przeprowadzanego zabiegu.

Ad. 6

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Dotyczy: zapisów SIWZ

Pyt. 7

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały techniczne pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego w załączniku 6a-6b - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Ad. 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody