

**DZP/01PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/01PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**Pakiet 10 poz.317**

Czy Zamawiający dopuści worek o poj. 1750ml?

**Ad. 1**

Tak. Zamawiający dopuści worek o poj. 1750ml.

**Pyt. 2**

**Pakiet 10 poz.317**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do lewatywy z drenem o długości 1200mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 2**

Tak. Zamawiający dopuści zestawy do lewatywy z drenem o długości 1200mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Pyt. 3**

**Pakiet 10 poz.331**

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 17N jałową 6 warstwową spełniającą pozostałe parametry?

**Ad. 3**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 4**

**Pakiet 10 poz.344**

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne jałowe pakowane a'25szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Ad. 4**

Tak. Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne jałowe pakowane a'25szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pyt. 5**

**Pakiet 10 poz.352,353**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki nasączone parafiną pakowane a'10szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Ad. 5**

Tak. Zamawiający dopuści opatrunki nasączone parafiną pakowane a'10szt z odpowiednim przeliczeniem ilości

**Pyt. 6**

**Pakiet 10 poz.363**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany jednostkowo w opakowaniu handlowym a'25 szt ?

**Ad. 6**

Tak. Zamawiający dopuści opatrunek pakowany jednostkowo w opakowaniu handlowym a'25 szt

**Pyt. 7**

**Pakiet 10 poz.364**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany jednostkowo w opakowaniu handlowym a'30 szt ?

**Ad. 7**

Tak. Zamawiający dopuści opatrunek pakowany jednostkowo w opakowaniu handlowym a'30 szt

**Pyt. 8**

**Pakiet 10 poz.379,380**

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstekena 4 drożne, o długości 105cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 8**

Tak. Zamawiający dopuści sondy Sengstekena 4 drożne, o długości 105cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Pyt. 9**

**Pakiet 10 poz.381-384**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bezpieczne trzyczęściowe, luer-lock nie posiadające skali rozszerzonej o min.20%, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 9**

Tak. Zamawiający dopuści strzykawki bezpieczne trzyczęściowe, luer-lock nie posiadające skali rozszerzonej o min.20%, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Pyt. 10**

**Pakiet 10 poz.389**

Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawkach o pojemności 10ml?

**Ad. 10**

Tak. Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawkach o pojemności 10ml

**Pyt. 11**

**Pakiet 10 poz.390**

Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawkach o pojemności 5ml?

**Ad. 11**

Tak. Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawkach o pojemności 5ml.

**Pyt. 12**

**Pakiet 10 poz.389-390**

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia na wezwanie badań na biokompatybilność chlorheksydyny w nim zawartej ?

**Ad. 12**

Nie Zamawiający nie oczekuje przedstawienia na wezwanie badań na biokompatybilność chlorheksydyny.