

**DZP/04PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne”. Sygn. DZP/04PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Dotyczy: sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna– 1 zestaw.**

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną bezcieniową posiadającą regulację średnicy pola realizowaną z panelu sterowania umiejscowionego przy czaszy lampy ? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną bezcieniową posiadającą pobór mocy źródeł światła czaszy głównej i satelitarnej wynoszą 80W? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.

**Ad. 2**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Dotyczy: sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna przygotowana pod instalację kamery HD w czaszy głównej – 1 zestaw.**

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną bezcieniową posiadającą regulację średnicy pola realizowaną z panelu sterowania umiejscowionego przy czaszy lampy ? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.

**Ad. 3**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną bezcieniową posiadającą pobór mocy źródeł światła czaszy głównej i satelitarnej wynoszą 80W? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.

**Ad. 4**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 5**

DZP/04PN/2017

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną bezcieniową posiadającą obrót lampy wokół osi pionowej o 360° - biorąc pod uwagę zainstalowaną kamerę HD?

**Ad. 5**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

**Pyt. 6**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania umowy realizacyjnej? Przedmiotowy sprzęt medyczny jest konfigurowany zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

**Ad. 6**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Dotyczy zapisów SIWZ i projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ):**

**Pyt. 7**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

**Ad. 7**

Tak

**Pyt. 8**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?*

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym. Ponadto, lampy operacyjne nie mogą być w swobodny sposób zastąpione przy użyciu „urządzenia zastępczego”, gdyż jako wyroby trwale przymocowane, będą indywidualnie dopasowywane do potrzeb użytkownika i warunków panujących w miejscu ich używania. Z uwagi na to pozostawienie w umowie zapisu o możliwości ich zastąpienia na czas naprawy innym urządzeniem, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

**Ad. 8**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 9**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §7 ust. 12 projektu umowy na: „*W przypadku trzykrotnej naprawy danego podzespołu/elementu urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego podzespołu/elementu urządzenia na nowy, wolny od wad.*”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka

poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

**Ad. 9**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 10**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §7 ust. 13 projektu umowy na: „Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania gwarancji do zapewnienia nieodpłatnego serwisu oraz przeglądu gwarancyjnego zgodnie z zaleceniami producenta na rzecz Zamawiającego.”

**Ad. 10**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Dotyczy §8 ust. 6 projektu umowy:**

**Pyt. 11**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Ad. 11**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 12**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §9 ust. 1a) projektu umowy na: „...w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego urządzenia za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust.3 umowy.”

**Ad. 12**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 13**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §9 ust. 1c) projektu umowy na: „...w wysokości 0,2% wartości brutto uszkodzonego urządzenia za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §7 ust. 8 i 10.”

**Ad. 13**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 14**

Zwracamy się z prośbą o dodanie do §9 ust. 1c) zastrzeżenia o treści: „dostarczenie sprzętu zastępczego powoduje odstąpienie od naliczenia kary.”.

**Ad. 14**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 15**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §10 ust. 1a projektu umowy na: „Sprzęt nie zostanie dostarczony w terminie określonym w §3 ust. 3 umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy i wyznaczenie mu dodatkowego terminu na dostawę i montaż, nie krótszego niż 21 dni.”

**Ad. 15**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 16**

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 4 umowy na: „*W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za część zamówienia, którą wykonał przed wykonaniem odstąpienia.*”.

Przewidziane przez Państwa skutki odstąpienia od umowy na podstawie w/w zapisu umowy zasadniczo wywołują skutki *ex tunc* (od początku) → jest to fikcja prawna, że umowa nigdy nie była zawarta. Proszę zwrócić uwagę, że art. 395 §2 k.c., dający stronom prawo zastrzeżenia w treści umowy możliwości odstąpienia od niej przez jedną lub obie strony, przewiduje jednak konieczność wzajemnego rozliczenia stron. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jednakże za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

Z uwagi na to, że po wykonaniu części przedmiotu umowy (dostawy/installacji/szkolenia chociażby w odniesieniu do części sprzętu) wykonawca nie będzie miał możliwości przywrócenia stanu poprzedniego, w razie braku zainteresowania Zamawiającego dalszym trwaniem zobowiązania (poprzez odstąpienie od umowy), odstąpienie powinno zatem odnieść skutki *ex nunc* (na przyszłość). Strony nie mogą przekreślić okresu, który już upłynął. Nawet gdy Zamawiający zwróci wykonawcy dostarczony sprzęt nie będzie przecież w stanie zwrócić robocizny związanej z jego dostawą, montażem, czy szkoleniem personelu Zamawiającego z jego obsługi.

W związku z powyższym postulujemy o wprowadzenie ww. modyfikacji tak, aby odstąpienie od umowy znosiło stosunek prawny z chwilą złożenia wykonawcy stosownego oświadczenia. Wówczas świadczenia w zakresie już spełnionym nie będą podlegać zwrotowi, a świadczenia jeszcze nie spełnione nie będą podlegać spełnieniu. Zamawiający będzie zaś zobowiązany do zapłaty Wykonawcy jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**Ad. 16**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody