

**DZP/04PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne”. Sygn. DZP/04PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Dotyczy: Załącznika 6a. Sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna– 1 zestaw**

**Pyt. 1**

Dotyczy pkt.12 Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowana lampa posiadała regulację średnicy pola jedynie za pomocą centralnego uchwyty sterylnej ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 2**

Dotyczy pkt.14 Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowana lampa posiadała regulację natężenia oświetlenia w zakresie 50-100% oraz funkcją Endo-Light? . Dodatkowo lampa daje możliwość zwiększenia natężenia światła środkowego segmentu lampy, co pozwala w zależności od zacienienia i właściwości pola operacyjnego na jego optymalne doświetlenie Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Ad. 2**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 3**

Dotyczy pkt. 19,20 Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowana lampa posiadała pobór mocy 80W dla jednej czaszy ? (dla czasz z możliwością regulacji T barwowej )

**Ad. 3**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 4**

Dotyczy pkt. 10. Czy zamawiający wprowadzi punktację w wymogu dotyczącym regulacji barwy światła na np. brak regulacji – 0 pkt. , regulacja do 3 kroków – 5 pkt. , regulacja powyżej 3 kroków – 20 pkt.? . Jednocześnie zwiększając zakres regulacji barwy w zakresie min. 3750-4750K

**Ad. 4**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 5**

Dotyczy pkt. 10. Czy zamawiający wyrazi zgodę by zaproponowana lampa posiadała stałą temperaturę barwową np. 4500K?

**Ad. 5**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 6**

Dotyczy pkt. 19,20 Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowana lampa posiadała pobór mocy 65W ? (dla czasz ze stałą T barwową)

**Ad. 6**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 7**

Dotyczy pkt.33 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym **niż 72 godziny (z pominięciem sobót, niedziel oraz dni świątecznych, wolnych od pracy)** od chwili otrzymania faksem zgłoszenia awarii

**Ad. 7**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 8**

Dotyczy termin realizacji. Czy zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od daty podpisania umowy ?

**Ad. 8**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 9**

Ze względu na fakt iż w postępowaniu zamawiający zamierza kupić 2 zestawy lamp. Czy zamawiający nie wymaga złożenia oferty na 2 zestawy lamp z przygotowaniem jednej z czasz pod przenośną kamerę, oraz 1 przenośną kamerę HD ? Zaproponowane rozwiązanie zapewni zamawiającemu możliwość przenoszenia kamery w zależności od potrzeb .

**Ad. 9**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Dotyczy: Załącznika 6b. Sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna przygotowana pod instalację kamery HD w czaszy głównej – 1 zestaw.**

**Pyt.10**

Dotyczy pkt.12,30 Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowana lampa posiadała regulację średnicy pola jedynie za pomocą centralnego uchwytu sterylnego ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Ad. 10**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 11**

Dotyczy pkt.14 Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowana lampa posiadała regulację natężenia oświetlenia w zakresie 50-100% oraz funkcją Endo-Light? . Dodatkowo lampa daje możliwość zwiększenia natężenia światła środkowego segmentu lampy, co pozwala w zależności od zacienienia i właściwości pola operacyjnego na jego optymalne doświetlenie Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Ad. 11**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 12**

Dotyczy pkt. 19,20 Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowana lampa posiadała pobór mocy 80W dla jednej czaszy ? (dla czasz z możliwością regulacji T barwowej )

**Ad. 12**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 13**

Dotyczy pkt. 10. Czy zamawiający wprowadzi punktację w wymogu dotyczącym regulacji barwy światła na np. brak regulacji – 0 pkt. , regulacja do 3 kroków – 5 pkt. , regulacja powyżej 3 kroków – 20 pkt.? . Jednocześnie zwiększając zakres regulacji barwy w zakresie min. 3750-4750K

**Ad. 13**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 14**

Dotyczy pkt. 10. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zaproponowana lampa posiadała stałą temperaturę barwową np. 4500K?

**Ad. 14**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 15**

Dotyczy pkt. 19,20 Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowana lampa posiadała pobór mocy 65W ? (dla czasz ze stałą T barwową)

**Ad. 15**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 16**

Dotyczy pkt.29. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby oferowana kamera posiadała większą czułość obrazu niż wymaganą w SIWZ tj.  $\leq 1/3$  CMOS

**Ad. 16**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

**Pyt. 17**

Dotyczy pkt. 29. Czy zamawiający wprowadzi punktację w wymogu dotyczącym sensoru obrazu np.  $1/3$  CMOS – 1 pkt. , poniżej  $1/3$  CMOS – 10 pkt. etc.?

**Ad. 17**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 18**

Dotyczy pkt. 29. Czy zamawiający wprowadzi punktację w wymogu dotyczącym zoom optyczny – 10x-5 pkt., 15x-10 pkt., 20x – 20 pkt etc.?

**Ad. 18**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 19**

Dotyczy pkt. 29. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby oferowana kamera posiadała parametr wyższy - efektywną ilość pikseli w ilości 3270 pikseli ?

**Ad. 19**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

**Pyt. 20**

Dotyczy pkt. 29. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby oferowana kamera posiadała wyże parametry sygnału HD 1080i/60, 1080/50i, ?

**Ad. 20**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

**Pyt. 21**

Dotyczy pkt. 29. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby oferowana kamera lampy zapewniała większą czułość niż wymagana w SIWZ t.j.  $\leq 10$  Lux? ?

**Ad. 21**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

**Pyt. 22**

W związku z wymaganiem automatycznego balansu bieli dla oferowanej kamery (pkt. 29) prosimy o odstąpienie od warunku kontroli i ustawień balansu bieli na zewnętrznym sterowniku (pkt. 30 załącznika nr 6b do SIWZ).

**Ad. 22**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 23**

Dotyczy pkt.35 Czy zamawiający wyrazi zgodę na Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym **niż 72 h (z pominięciem sobót, niedziel oraz dni świątecznych, wolnych od pracy)** od chwili otrzymania faksem zgłoszenia awarii

**Ad. 23**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 24**

Dotyczy termin realizacji. Czy zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od daty podpisania umowy ?

**Ad. 24**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody