

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.  
ul. M. Curie - Skłodowskiej 10  
41-800 Zabrze  
**DZP/19PN/2017**

Zabrze, dn. 08.11.2017r

**Cardinal Health Poland Sp. z o.o.**  
**Ul. Młyńska 11**  
**40-098 Katowice**

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY**  
**w zakresie Pakietu nr 25**

**Cardinal Health Poland Sp. z o.o., ul. Młyńska 11, 40-098 Katowice** z przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.”. Nr sprawy DZP/19PN/2017

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 25 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w załączniku nr 6 do SIWZ dla Pakietu nr 25 dotyczącym parametrów technicznych cewników do diagnostyki naczyń wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych, przynajmniej jeden z rozmiarów 5F, 6F pokryty **dotatkową chropowatą powłoką** zmniejszająca siły tarcia. Wykonawca w załączniku nr 6 do SIWZ wpisał iż spełnia w/w parametr, natomiast w wyniku wezwania do uzupełnienia próbki potwierdzającej parametry zaoferowanego sprzętu, szczególnie w zakresie pokrycia dodatkową chropowatą powłoką, wykonawca dostarczył w wyznaczonym terminie sprzęt, który nie potwierdzał tego warunku.

**W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 25.**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (*środki ochrony prawnej*) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następane.

**Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.**

**Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.**

Do wiadomości:  
Wszyscy wykonawcy