

**DZP/17PN/2017**

**Extramed Zaopatrzenie Dorota Wrona  
72-314 Radowo Małe 80/5**

### **INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY**

**Extramed Zaopatrzenie Dorota Wrona, 72-314 Radowo Małe 80/5** z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę części zamiennych do urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Sygn. **DZP/17PN/2017**

#### Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2015.2164 z późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 4– z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Uzasadnienie

Wykonawca dla zaoferowanego przez siebie sprzętu w Pakiecie nr 4 na stronach 7-11 dołączył do oferty dokumenty potwierdzające parametry techniczne zaoferowanego sprzętu zgodnie z zapisami pkt 4.2 rozdz. XIII SIWZ. Zamawiający w związku z wątpliwościami co do jakości zaoferowanego sprzętu w stosunku do opisu lub instrukcji, wezwał w dniu 10.08.2017r. do uzupełnienia m.in. dokumentów przewidzianych na każde żądanie tj. dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym, spełniające wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211) obowiązujących w Polsce jak i w Unii Europejskiej, a więc posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE, oraz próbki.

Wykonawca w dniu 16.08.2017r. dostarczył Deklarację zgodności producenta dla produktów: czujnik SpO<sub>2</sub>, kabel EKG i odprowadzenia, mankiety NIBP, a także Certyfikat EC o wprowadzeniu i stosowaniu systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie: projektowania, rozwoju produkcji i dystrybucji czujników pulsoksymetru oraz kabli EKG.

Ponadto Wykonawca przedstawił własne oświadczenie, że proponowane wyroby medyczne zostały wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami z dnia 20 maja 2010r., o wyrobach medycznych i zobowiązanie do doręczenia dokumentów warunkujących dopuszczenie do obrotu i używania przedmiotu zamówienia na podstawie w/w ustawy na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni. Wykonawca nie dostarczył również próbki, która miała umożliwić Zamawiającemu potwierdzenie wymaganych parametrów technicznych w stosunku do opisu jaki przedstawił Wykonawca.

W związku z powyższym Wykonawca nie potwierdził parametrów technicznych wymaganych w SIWZ i nie uzupełnił dokumentów w wyniku wezwania, w związku z czym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp w zakresie Pakietu nr 4

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:

Wszyscy wykonawcy