

**Agencja Naukowo-Techniczna
SYMICO Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54a/2
53-333 Wrocław**

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr 71**

Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54a/2 , 53-333 Wrocław z przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.”. Nr sprawy DZP/19PN/2017

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 71 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w załączniku nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 71:

Poz. 1 Zestaw operacyjny do angiografii typu MULTIPLEX ANGIO zawierający:

- obłożenie chirurgiczne 230x320cm z panelem foliowym, dwoma otworami (pachwinowymi) i przylepcami, wyposażone w warstwę ochronną i warstwę chłoną - 1szt
- osłona foliowa z gumką (f30-35cm) - 2szt
- osłona foliowa z gumką na osłonę RTG (f80cm) – 1szt
- osłona foliowa z gumką na ekran (prostokątna 90x100) - 1 szt
- ręczniki chłonne (30x40cm) – 2 szt
- fartuch chirurgiczny (rozmiar XL – 1 szt) z wstawkami
- serweta chłonna (podkład) 90x50 – 1szt
- igła 0,8x40mm – 1szt
- strzykawka 20ml Lower lock (wkręcana) – 1szt
- strzykawka 10ml – 1 szt
- kompresy gazowe 17- nitkowe 8W 7,5x7,5 – 30szt
- miseczki plastikowe przezroczyste 200-250ml – 2 szt.
- miseczka 200 ml – 0 pkt
- miseczka 250 ml – 2 pkt
- zestaw owinięty w serwetę nieprzemakalną 190cmx150cm

Poz. 2 Serwetki jałowe do rąk 50 x 40 pakowane pojedynczo wykonane z celulozy.

W związku z podjęciem wątpliwości w sprawie jakości i wymaganych parametrów w zaoferowanym przez Wykonawcę zestawie w stosunku do wymagań Zamawiającego w **Pakiecie nr 71**, Zamawiający wzywał do dostarczenia próbek (po 1 egzemplarzu dla każdego asortymentu w ramach złożonej oferty). W wyznaczonym terminie Wykonawca dostarczył wymagane próbki, które zawierały w zestawie opis zbiorczy zestawu wraz z parametrami (w języku angielskim) zawierającymi się w wymaganiach Zamawiającego, jednakże same próbki tj produkty stanowiące elementy zestawu nie potwierdzają parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę określonych w opisie zbiorczym zestawu jak również wymagań Zamawiającego uszczegółowionych w Pakiecie nr 71 tj.:

Poz. 1 Zestaw operacyjny do angiografii typu MULTIPLEX ANGIO zawierający:

- obłożenie chirurgiczne 235x321cm z panelem foliowym, dwoma otworami (pachwinowymi) przylepcami, wyposażone w warstwę ochronną i warstwę chłonną - 1szt
- osłona foliowa z gumką f66cm - 2szt
- osłona foliowa z gumką na osłonę RTG (f80cm) – 1szt
- osłona foliowa z gumką na ekran prostokątna 86x91 - 1 szt
- ręczniki chłonne (30x40cm) – 4 szt
- fartuch chirurgiczny z wstawkami **bez oznaczenia rozmiaru**
- serweta chłonna (podkład) 90x50 – 1szt
- igła 0,8x40mm – 1szt
- strzykawka 20ml Lower lock (wkręcana) – 1szt
- strzykawka 10ml – 1 szt
- kompresy gazowe 17- nitkowe 8W 7,5x7,5 – 30szt
- miseczki plastikowe przezroczyste 200-250ml – 2 szt.
- zestaw owinięty w serwetę nieprzemakalną 191cmx151cm

Poz. 2 Serwetki jałowe do rąk 51 x 40 pakowane pojedynczo wykonane z celulozy.

W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 71

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (*środki ochrony prawnej*) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:

Wszyscy wykonawcy