

**DZP/04/2017**  
**DZP/ / /2017**

**TBK Medical Partner Sp. z o.o.**  
**Ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2**  
**34-300 Żywiec**

## INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

**TBK Medical Partner Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec**  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne” o sygn. DZP/04PN/2017

### Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Uzasadnienie

Wykonawca w wyniku wezwania z dnia 21.02.2017r., w wyznaczonym terminie tj. 27.02.2017r. dostarczył materiały techniczne producenta (złożone w nieprawidłowej formie tj. nie potwierdzone za zgodność z oryginałem) i nie oznaczone zgodnie z wymogami SIWZ, którego z punktów w tabeli (załącznik nr 6a-b do SIWZ - parametry techniczne) dotyczy poszczególne informacje potwierdzające jego spełnianie.

Z otrzymanych dokumentów wynika iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych szczegółowo w załączniku nr 6a i 6b do SIWZ tj.:

1. Zamawiający w pkt. 15 tabeli (załącznik 6a i 6b) wymagał „Jednakowe panele sterowania dla czaszy głównej i satelitarnej”, a Wykonawca zaoferował lampy z różnymi panelami sterowania dla czaszy głównej i satelitarnej dla obu lamp. Z treści materiałów technicznych wynika, iż oferowane czasze lamp głównej i satelitarnej posiadają panele sterujące różnego kształtu i o różnej ilości przycisków sterujących
2. Zamawiający w pkt. 16 tabeli (załącznik 6a i 6b) wymagał „Pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo min. 2 „brudnymi” uchwytami umieszczonymi na czaszy lampy głównej i satelitarnej”, a Wykonawca zaoferował lampy w których krawędzie czaszy stanowią „wirtualne brudne uchwyty”. Zamawiający jednocześnie informuje, że w wyniku odpowiedzi na pytania dotyczące uchwytów lamp w dniu 13.02.2017r dopuścił jeden ciągły uchwyt dookoła czaszy lampy (ponad 90%) co również nie spełnia oferowany przez Wykonawcę sprzęt.
3. Zamawiający w pkt. 12 tabeli (załącznik 6a i 6b) wymagał „Regulacja średnicy pola centralnym uchwytem czaszy lampy i przyciskami na panelu sterowania umieszczonymi na czaszy lampy”. Wykonawca nie załączył szczegółowych/ precyzyjnych informacji w zakresie tego punktu jednak zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami na stronie internetowej producenta zaoferowana lampa Quasar eLite Qe30 nie posiada możliwości regulacji średnicy pola przyciskami na panelu sterowania umieszczonymi na czaszy lampy.
4. Zamawiający wymagał by sterownik był umieszczony na czaszy lampy, natomiast Wykonawca zaoferował panel sterowania poza czaszą lampy (dotyczy pkt. 10,12,14) dla lampy Quasar eLite Qe60

**W związku z powyższym zaoferowane lampy posiadają parametry niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.**

Ponadto Zamawiający na podstawie otrzymanych dokumentów informuje, że Wykonawca nie załączył dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów tabeli tj.

- pkt. 3 (załącznik 6a i 6b) „Oświetlenie, w których wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe lub oświetlenie z mieszanym barw w obrębie czaszy gwarantujące brak tzw. „efektu tęczy”
- pkt. 6 (załącznik 6a i 6b) „Ilość diod w czaszy głównej” – parametr oceniany zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
- pkt. 7 (załącznik 6a i 6b) „Ilość diod w czaszy satelitarnej” - parametr oceniany zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
- pkt. 13 (załącznik 6a i 6b) „Wgłębność oświetlenia obu czasz min. 75 cm (L1 + L2) dla d 20%” - parametr oceniany zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
- pkt. 14 (załącznik 6a i 6b) „Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%, w tym oświetlenie endoskopowe 5%.”
- pkt. 23 (załącznik 6a i 6b) „Wodoszczelność każdej z czasz lampy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30”
- pkt. 25 (załącznik 6a i 6b) „Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym”
- pkt. 30 (załącznik 6b) „Lampy przygotowane do zainstalowania dotykowego zewnętrznego sterownika lamp i kamery, z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniającego sterowanie następującymi parametrami: Sterowanie funkcjami lampy: włączanie / wyłączanie; temperatura barwowa; średnica pola; natężenie światła; funkcja białego światła endoskopowego; Sterowanie funkcjami kamery: powiększenie/pomniejszenie; obrót 360 stopni (bez blokady); wyostrażanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli; stop klatka

Tym samym ze względu na odrzucenie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, Zamawiający odstępuje od żądania ponownego złożenia dokumentów na potwierdzenie w/w parametrów.

#### Pouczenie

**Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następn.**

**Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.**

**Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.**

Do wiadomości:  
Wszyscy wykonawcy