

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.  
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10  
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 01.08.2017r

**DZP/16PN/2017**

**Walmed Sp. z o.o.**  
**Ul. Ptaków Leśnych 73**  
**05-500 Jastrzębie k/Warszawy**

### **INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY**

**Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie** z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawę aparatu do znieczulenia oraz respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/16PN/2017**

#### Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2015.2164 z późn. zm.) Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 2– z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Uzasadnienie

Wykonawca w wyniku wezwania z dnia 21.07.2017r., w wyznaczonym terminie tj. 25.07.2017r. dostarczył materiały techniczne producenta zawierające informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 7 do SIWZ (parametry techniczne), w zakresie pkt.13,24,54, o które był wzywany.

Z otrzymanych dokumentów wynika iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych szczegółowo w załączniku nr 7 do SIWZ tj.:

Zamawiający w pkt. 24 tabeli wymagał „Tryb wentylacji typu MMV”, a Wykonawca zaoferował tryb wentylacji AVM, interpretując że Zamawiający dopuszczał „inne tryby wentylacji działające na zbliżonej zasadzie do MMV”. Dostępna w respiratorach Bellavista 1000 wentylacja AVM (Adaptive Ventilation Mode) nie może być uznana za odpowiednik wentylacji MMV (Mandatory Minute Ventilation) ponieważ zadaniem trybu MMV jest zachowanie ustalonego przez operatora poziomu wentylacji minutowej, natomiast zadaniem trybu AVM jest dopasowanie parametrów wentylacji na podstawie pomiarów podatności C i odporności R płuc pacjenta. Tym samym tryb wentylacji AVM nie działa na zbliżonej zasadzie do trybu wentylacji typu MMV.

W związku z powyższym zaoferowany respirator posiada parametry niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następane.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:  
Wszyscy wykonawcy