

DZP/07 PN/2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów ochrony indywidualnej (wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej) dla personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/07 PN/2023.

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 3 poz. 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z oznaczeniem rozmiaru w postaci wszytej metki, dwóch rękawików w rozmiarze 30x43 cm i wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 81,4/105 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Ad. 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Pakiet nr 3 poz. 35, 36

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej o wyższych parametrach tj. Typ IIR.

Ad. 2

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Pakiet nr 3 poz. 38

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie poszewki j/u w rozmiarze 42 x 45 cm.

Ad. 3

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Pakiet nr 3 poz. 41

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety chirurgicznej o wym. 180 x 180 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Ad. 4

Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 5

Pakiet nr 3 poz. 41

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie serwety chirurgicznej 2 warstwowej z padem chłonnym o wym. 150 x 250 cm. Gramatura serwety z padem chłonnym w obszarze krytycznym min. 109 g/m².

Ad. 5

Tak, Zamawiający dopuszcza.