

DZP/07 PN/2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów ochrony indywidualnej (wyroby medyczne i środki ochrony indywidualnej) dla personelu i pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/07 PN/2023.

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje czepków pakowanych a'100szt w kartonik.

Ad. 1

Ilość podana jest w sztukach, dopuszczamy przeliczenie na opakowania.

Pyt. 2

Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 51cm, długość 40m z podwojeniem zamawianych ilości?

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 3

Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m z podwojeniem zamawianych ilości?

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 4

Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 5

Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m², bluza i spodnie pakowane osobno?

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 6

Pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w rozmiarze S-XXXL?

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 7

Pakiet 3, poz. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z owinięciem z włókniny zamiast w papier krepowy, z ręcznikami o wymiarach 30 x 30 cm?

Ad. 7

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 8

Pakiet 3, poz. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o wytrzymałości na wypychanie na mokro 76kPa?

Ad. 8

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 9

Pakiet 3, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a'10 sztuk?

Ad. 9

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 10

Pakiet 3, poz. 35 i 36

Czy Zamawiający dopuści maski mocowane na gumki zwykłe (nie hipoalergiczne), skuteczność filtracji 98,24 %, bez oznakowania na zewnętrznej stronie dodatkowym elementem graficznym?

Ad. 10

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 11

Pakiet 3, poz. 35 i 36

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu Certyfikatu ISO 13485.

Ad. 11

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 12

Pakiet 3, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Chłonność 1177 ml; opakowanie 25 szt.?

Ad. 12

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 13

Pakiet 3, poz. 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 100 x 150 cm, z taśmą lepłą na dłuższym boku o dł. 148 cm?

Ad. 13

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 14

Pakiet 3, poz. 40, 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 100/99 kPa?

Ad. 14

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 15**Pakiet 3, poz. 42**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo, wzmocnionej, o wymiarach 80 x 140 cm, warstwa chłonna 60 x 140 cm, wykonana z folii PE 50g/m², wzmocnionej włókniną o gramaturze 30g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O. Opakowanie zbiorcze 80 szt.?

Ad. 15

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 16**Pakiet 4, poz. 43**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rękawic o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, pokryte polimerem i chlorowane od wewnątrz, mikroteksturowane na palcach i dłoni, chlorowane i polimeryzowane, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,02 mm, na dłoni 0,19±0,01 mm, mankiecie 0,17±0,01, długość min. 278mm, AQL 0,65, siła zrywu min 16N, poziom protein lateksowych- max 30 µg/g, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN 420, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 11137-1, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, rozm. 5,5-9,0. A'1 para?

Ad. 16

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 17**Pakiet 4, poz. 44**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rękawic o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane obustronnie, z warstwą antypoślizgową, kolor brązowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,20±0,02 mm, na dłoni 0,18±0,02 mm, mankiecie: 0,16±0,02, długość min. 280-300mm w zależności od rozmiaru, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN 420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, przebadane na min. 15 cytostatyków w tym min. 14 odporne przez min 65 minut wg EN 374-3, odporne na min 70% izopropanol, 30% nadtlenek wodoru, 35% formaldehyd, produkowane zgodnie z ISO 13485, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, rozm. 6,0-9,0. A'1 para (2 szt.)?

Ad. 17

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 18**Pakiet 4, poz. 45**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rękawic o następujących parametrach:

Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitylowe, bezpudrowe, długość min 240 mm, o grubości: na palcu 0,11

+/-0,01mm, na dłoni 0,07 +/- 0,01mm, teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – wyniki badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej, pozbawione tiuramów i MBT – potwierdzone wynikami badań HPLC z jednostki niezależnej, zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, EN 420, proces produkcyjny zgodny z ISO 13485. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, rozm. XS-XL, wraz kompatybilnymi uchwytami pojedynczymi lub potrójnymi z trwałego drutu stalowego, mocowanymi do ściany, wg zapotrzebowania Zamawiającego. A' 1 Op. (200 szt.)?

Ad. 18

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 19**Pakiet 4, poz. 46**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rękawic o następujących parametrach: Diagnostyczne i ochronne rękawice nitylowe, w kolorze innym niż biały, fioletowy, niebieski, z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą wyciąg z owsa, o grubości: na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm, teksturowane na końcach palców; wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III; AQL 1,5 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ C) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, przebadane zgodnie z EN 16523, zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, EN 420, rozm. XS-XL. A'1 OP (100 szt.) (z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości)?

Ad. 19

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 20**Pakiet 4, poz. 47**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie rękawic o następujących parametrach: Diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe, o grubości: na palcu 0,11 +/- 0,02 mm, na dłoni 0,10 +/- 0,02 mm, długość min. 240 mm, teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców; wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III; AQL 1,5 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, EN 420. proces produkcyjny zgodny z ISO 13485, rozm. XS-XL. A'1 OP (100 szt.) (z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości)?

Ad. 20

Tak, Zamawiający dopuści.

Pyt. 21**Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami operacyjnymi wykonane z laminatu dwuwarstwowego (PE 30g/m² + PP 30g/m²) ze wzmocnieniem w strefie krytycznej o łącznej gramaturze 140g/m²?

Ad. 21

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 22**Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 180cm x 180 cm (zamiast 175-180 x 175cm) z taśmą samoprzylepną?

Ad. 22

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 23**Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na stolik Mayo wykonaną z filii PE o gramaturze 50g/m², warstwa chłonna z włókniny 30g/m² o wymiarach 60cm x 145cm?

Ad. 23

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 24**Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kieszenią foliową 40cm x 30cm z taśmą samoprzylepną?

Ad. 24

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 25

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z taśmą lepną 10cm x 50cm?

Ad. 25

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 26

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetę 50cm x 60cm w ramach papieru krepowego?

Ad. 26

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 27

Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z oznaczeniem kolorystycznym na etykiecie głównej w postaci kolorowych kropek, na kartonie nr zestawu z dopiskiem ZESTAW PODSTAWOWY?

Ad. 27

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 28

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z obłożeniem chirurgicznym 150cm x 250cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 7cm x 70cm, wzmocnionym. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (PE 30g/m² + PP 30g/m²) w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie, włóknina 80g/m (łącna gramatura w strefie krytycznej 140g/m²), odporność na rozerwanie na sucho dla strefy pozakrytycznej 110kPa, dla strefy krytycznej 180kPa?

Ad. 28

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 29

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą operacyjną bez taśmy lepnej 100cm x 150cm (zamiast 90cm x 150cm)?

Ad. 29

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 30

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z drenem do ssaka CH24 o dł. 3m?

Ad. 30

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 31

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z osłoną na stolik Mayo 80cm x 145cm wykonaną z filii PE o gramaturze 50g/m², warstwa chłonna z włókniny 30g/m² o wymiarach 60cm x 145cm?

Ad. 31

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 32

Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z fartuchem chirurgicznym wzmocniony posiadający oznakowanie w postaci kolorowej lamówki oraz pieczętki pozwalającą na identyfikację przed rozłożeniem? Dostępne rozmiary M, L, XL, XXL.

Ad. 32

Nie, Zamawiający nie dopuści.

Pyt. 33**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z osłoną na stół narzędziowy 150x 190cm, obszar chłonny 65cm x 190cm?

Ad. 33

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 34**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach parametrów 9-12 końcówkę do odsysania pola operacyjnego mikrochir. metalowa, Ch 9, dł. 130mm?

Ad. 34

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 35**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z organizatorem przewodów typu rzep 2cm x 22cm?

Ad. 35

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 36**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z oznaczeniem kolorystycznym na etykiecie głównej w postaci kolorowych kropek, na kartonie nr zestawu z dopiskiem DRENAŻ?

Ad. 36

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.