

**DZP/19 PN/2023**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. nr sprawy: DZP/19 PN/2023.**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pytania „Procesor obrazu ze źródłem światła”**

**Pyt. 1**

**Punkt nr 10**

Czy zamawiający dopuści procesor obrazu i źródło światła Led jako dwa niezależne urządzenia. Nie wpływa to na jakość obsługi oraz badań a wskazane parametry wskazują tylko na jednego wykonawcę Fujinon. Dystrybuowanego przez firmę Endoelektronik.

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 2**

**Punkt nr 19**

Czy zamawiający dopuści barwienie w zmiennej wiązce światła LED o innej nazwie: VIST i SFI. Wskazana przez zamawiającego nazwa BLI i LCI jest nazwą własną tylko jednego producenta firmy Fujinon dystrybuowanej przez Endoelektronik. Zapis ten nie pozwala złożyć ofertę przez inne firmy. Zapis ten jest nie zgodny z zasadami postępowania przetargowego i wskazują tylko jedną firmę.

**Ad. 2**

Tak, Zamawiający dopuści. Punktacja w SWZ dotycząca tego parametru dopuszcza złożenie oferty z inną wiązką światła, za co Wykonawca otrzymuje 0 pkt.

**Pyt. 3**

**Punkt nr 28**

Czy zamawiający dopuści źródło światła posiadające 2 diody led? Gwarantujące te same parametry co źródło 3 led?

**Ad. 3**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytania „Monitor Medyczny”**

**Pyt. 4**

**Punkt nr 6**

Czy zamawiający dopuści monitor medyczny 24 cale? Obraz pełny na ekranie bez wycinania czarnego pola oraz bez ramek?

**Ad. 4**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytania „Videogastroskop HD”**

**Pyt. 5**

**Punkt nr 6**

Czy zamawiający dopuści ostrość od 3-100mm?

**Ad. 5**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 6****Punkt nr 10**

Czy zamawiający dopuści długość roboczą 1050mm. Wskazany parametr wskazują tylko na jednego producenta Fujinon. Dystrybuowane przez firmę Endoelektronik.

**Ad. 6**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pyt. 7****Punkt nr 15**

Czy zamawiający dopuści wspomaganie obrazowania światłem białym dodatkowym sposobem świecenia (obrazowanie wąskim widmem światła, SFI, VIST ). Wskazane obrazowanie przez Zamawiającego wskazują tylko na jednego producenta Fujinon dystrybuowanego przez Endoelektronik. BLI, CLI są nazwami własnymi stosowanymi przez Fujinon. Każdy producent posiada takie obrazowanie, natomiast nazwy są u każdego producenta są inne.

**Ad. 7**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pyt. 8****Punkt 16**

Czy zamawiający dopuści przekaz sygnału z kamery za pośrednictwem izolowanego przewodu koncentrycznego ?

**Ad. 8**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pyt. 9****Punkt 17**

Czy zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nasadek gwarantujących pełną izolację na czynniki zewnętrzne m.in. wodę i wilgoć dla pełnego zabezpieczenia endoskopu przez zalaniem?

**Ad. 9**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 10****Punkt nr 19**

Czy zamawiający dopuści typ konektora jednogniazdowy w połączeniu ze źródłem światła?

**Ad. 10**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pyt. 11****Pytanie nr 11**

Czy zamawiający będzie wymagał kanału WaterJet w gastrokopie? Kanał WaterJet w gastrokopie zapewnia właściwą i komfortową pracę Lekarza między innymi podczas krwawienia w trakcie zabiegu. Zapewnia szybkie i precyzyjne oczyszczenie pola widzenia. Ten parametr nie został uwzględniony przez Zamawiającego.

**Ad. 11**

Zamawiający nie wymaga ale dopuści.

**Pytania „Videokolonoskop HD”****Pyt. 12**

**Punkt nr 5**

Czy zamawiający dopuści kąt obserwacji 140 stopni? Wskazany parametr wskazuję tylko na jednego wykonawcę Fujinon.

**Ad. 12**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 13****Punkt nr 6**

Czy zamawiający dopuści głębię ostrości od 3-100mm?

**Ad. 13**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 14****Punkt nr 10**

Czy zamawiający dopuści długość roboczą od 1350-1700 mm?

**Ad. 14**

Tak, Zamawiający dopuści.

**Pyt. 15****Punkt nr 15**

Czy zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nasadek gwarantujących pełną izolację na czynniki zewnętrzne m.in. wodę i wilgoć dla pełnego zabezpieczenia endoskopu przez zalaniem?

**Ad. 15**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 16****Punkt nr 17**

Czy zamawiający dopuści typ konektora jednogniazdowy w połączeniu ze źródłem światła?

**Ad. 16**

Tak, Zamawiający dopuści.