

**DZP/37 TP/2023**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania: „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r. dot. Działania pn. Modernizacja infrastruktury i wyposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, w ramach programu wieloletniego, pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”**; Nr sprawy **DZP/37TP/2023** Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako równoważne komputera zawierającego dwa dyski: systemowy dysk SSD o pojemności min. 200GB oraz dodatkowy dysk HDD na dane o pojemności 1TB.

**Ad. 1**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera zawierającego dwa dyski: systemowy dysk SSD o pojemności min. 200GB oraz dodatkowy dysk HDD na dane o pojemności 1TB.  
Pozostałe warunki SWZ bez zmian.