

**Nr sprawy DZP/37 TP/2023**

**Reynolds Medical Spółka z o.o.**  
**ul. Renesansowa 5a**  
**01-905 Warszawa**

### **INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: **Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania: „Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r. dot. Działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, w ramach programu wieloletniego, pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”;** Nr sprawy DZP/37TP/2023.

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuje o **odrzuconiu oferty Wykonawcy Reynolds Medical Spółka z o.o., ul. Renesansowa 5a, 01-905 Warszawa.**

#### Podstawa Prawna

art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP tj. oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia

#### Uzasadnienie

Wykonawca zaoferował sprzęt, który nie spełnia wymagań Zamawiającego zawartych w Załączniku nr 3 do SWZ – Parametry techniczne.

**W pkt. 53 Załącznika nr 3 do SWZ Zamawiający wymagał następujących parametrów monitora:**

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: min. 75

Czas reakcji matrycy [ms]: max. 4

Wielkość plamki: max. 0.2331

Wejście liniowe audio: Tak

Wysokość [cm]: 54.4

Szerokość [cm]: 61.3

Głębokość [cm]: 20

Waga [kg]: 5.9

**Wykonawca zaoferował Monitor Dell 27 P2722H, którego parametry zgodnie z danymi technicznymi producenta Dell zamieszczonymi na stronie internetowej nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie:**

Rozdzielczość ekranu: **1920 x 1080**

Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: **60**

Czas reakcji matrycy [ms]: **5 – 8 ms**

Wielkość plamki: **0.3114**

Wejście liniowe audio: **brak informacji**

Wysokość [cm]: **53.41 cm**

Szerokość [cm]: **60.99 cm**

Głębokość [cm]: **19.01 cm**

Waga [kg]: **6.77**

**Z uwagi na powyższe oferta Wykonawcy zgodnie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP podlega odrzuceniu.**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w specyfikacji warunków zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale IX środki ochrony prawnej.

Do wiadomości:

Wszyscy Wykonawcy